


Wszyscy zainteresowani postępowaniem
na dostawę i instalację aparatu USG
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie OPZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20/04/2021 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w trybie **zapytanie ofertowe**, na: **Dostawę i instalację aparatu USG do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy punktu 26 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o głębokości obrazowania 1 – 35 cm.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Dotyczy punktu 40 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji bramki dopplera 0,5 – 20 mm (czy jest to omyłka pisarska).
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. W pkt. 40 parametrów techniczne powinno być: Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1 – 20 mm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o zakresie regulacji bramki dopplera 0,5 – 20 mm.
3. Dotyczy punktu 58 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o zakresie częstotliwości pracy 1,0 – 5,0 MHz, ilości elementów 128 wykonanej w technologii Hanfy Lens co odpowiada 256 elementom wykonanej w tradycyjnej technologii, kącie skanowania 70°.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
4. Dotyczy punktu 63 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 4,0 – 13,3 MHz, ilości elementów 192, szerokości skanowania 52,3 mm.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar

