

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem na:  
Dostawę łóżek terapeutycznych wyposażonych  
w materac przeciwodleźynowy i ramę wyciągową do  
Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku  
w ramach realizacji zadania pn.:  
„Wsparcie SPZZOZ w Nisku poprzez wyposażenie  
nowego oddziału rehabilitacji”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA W SPRAWIE  
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08/03/2023 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ) w trybie zapytanie ofertowe, na: **Dostawa łóżek terapeutycznych wyposażonych w materac przeciwodleźynowy i ramę wyciągową do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w ramach realizacji zadania pn.: „Wsparcie SPZZOZ w Nisku poprzez wyposażenie nowego oddziału rehabilitacji”**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1.** Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko spełniające wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka spełniającego wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa.

**Pytanie 2.** Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o parametrze przewyższającym wymagany, a mianowicie klasę ochrony przed pożarem elektrycznym I?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o parametrze przewyższającym wymagany, a mianowicie klasę ochrony przed pożarem elektrycznym I.

**Pytanie 3.** Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2 200 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o długości 2 200 mm.

**Pytanie 4.** Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści łóżko o możliwości przedłużenia leża o 310 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o możliwości przedłużenia leża o 310 mm.

**Pytanie 5.** Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o maksymalnej wysokości 750 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o maksymalnej wysokości 750 mm.

**Pytanie 6.** Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści łóżko o zakresie regulacji pleców od 0° do 65°?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o zakresie regulacji pleców od 0° do 65°.

**Pytanie 7.** Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją elektrycznego sterownia pozycji Trendelburga w zakresie 0 -12°?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z funkcją elektrycznego sterownia pozycji Trendelburga w zakresie 0 -12°.

**Pytanie 8.** Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją elektrycznego sterownia pozycji anty - Trendelburga w zakresie 0 -12°?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z funkcją elektrycznego sterownia pozycji anty -Trendelburga w zakresie 0 -12°.

**Pytanie 9.** Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją regulacji autokontur, jedoczesnego uniesienia pleców 0-65° oraz segmentu ud 0-30°?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z elektryczną funkcją regulacji autokontur, jedoczesnego uniesienia pleców 0-65° oraz segmentu ud 0-30°.

**Pytanie 10.** Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją regulacji segmentu uda w zakresie 0-30°?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° - 46° (+/- 2°) natomiast nie dopuszcza zaoferowania łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° - 30°.

**Pytanie 11.** Ad. 28. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 90 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z funkcją autoregresji oparcia pleców 90 mm.

**Pytanie 12.** Ad. 29. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem autoregresji totalnej 130 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z systemem autoregresji totalnej 130 mm.

**Pytanie 13.** Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją ustawienia pozycji wczesnego wstawania jednym przyciskiem?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z funkcją ustawienia pozycji wczesnego wstawania jednym przyciskiem.

**Pytanie 14.** Ad. 35. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją blokady na panelu centralnym sterowania elektrycznego segmentu pleców, ud, zmiany wysokości leża (wszystkie funkcje dostępne na panelach pacjenta). Pilot główny można bezpiecznie schować na półeczce na pościel od strony nóg pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z funkcją blokady na panelu centralnym sterowania elektrycznego segmentu pleców, ud, zmiany wysokości leża (wszystkie funkcje dostępne na panelach pacjenta), z możliwością schowania pilota głównego na półeczce na pościel od strony nóg pacjenta.

**Pytanie 15.** Ad. 37. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami wytworzonymi technologią zgodną z europejskimi normami bezpieczeństwa?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z barierkami wytworzonymi technologią zgodną z europejskimi normami bezpieczeństwa.

**Pytanie 16.** Ad. 42. Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo lakierem odpornym na dezynfekcję dostępnymi środkami oraz uszkodzenia mechaniczne?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z profili stalowych malowanych proszkowo lakierem odpornym na dezynfekcję dostępnymi środkami oraz uszkodzenia mechaniczne.

**Pytanie 17.** Ad. 43. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego trzy segmenty pokryte są zdejmowanymi panelami z tworzywa sztucznego, segment pleców przezierny dla promieni RTG, wykonany z płyty.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, którego trzy segmenty pokryte są zdejmowanymi panelami z tworzywa sztucznego, z segmentem pleców przeziernym dla promieni RTG, wykonanym z płyty.

**Pytanie 18.** Ad. 49. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi w technologii spełniającej wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka ze szczytami wykonanymi w technologii spełniającej wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa.

**Pytanie 19.** Ad. 50. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do sworznia wyrównania potencjałów – koło antystatyczne, do poziomic – wskaźnik nachylenia leża w barierce od strony głowy pacjenta?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do sworznia wyrównania potencjałów – koło antystatyczne, do poziomic – wskaźnik nachylenia leża w barierce od strony głowy pacjenta.

**Pytanie 20.** Ad. 52. Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 250kg?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ.

**Pytanie 21.** Ad. 53. Prosimy o dopuszczenie materaca o następujących parametrach: materac przeznaczony dla szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac wykonany z pianki viskoelastycznej o gęstości 50 kg/m<sup>3</sup>, o właściwościach przeciwoleżynowych (wszystkie stopnie). Materac posiada barierę ognioodporną zgodną z normami EN 597-1, EN 597-2, BS6807, UNI9175, BS7177. Pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny, wyposażony w zamek otaczający cały materac. Łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji manualnej.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ.

  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku  
Paweł Jofil