

Pismo: Z.II.260.027.Zp.2021

Nisko dnia: 23/06/2021 r.

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem
na dostawę i instalację pomp strzykawkowych
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie OPZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22/06/2021 r. i 23/06/2021 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w trybie **zapytanie ofertowe**, na: **Dostawę i instalację pomp strzykawkowych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianych prośb jest następująca:

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaną objętością bolusa od 0,1 do 50ml? Większe wartości nie mają sensu, ponieważ przekraczają rozmiar strzykawki.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis opz.
2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1 500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis opz.
3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z systemem alarmów: 2-5 min. do opróżnienia strzykawki, 2-5 min. do końca infuzji? Możliwość wyboru, reszta parametrów bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością pracy w stacji dokującej z szybkim i pewnym przykręcaniem oraz automatycznym przyłączaniem zasilania ze stacją dokującą?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis opz.
5. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością łączenia dwóch pomp w zestaw za pomocą dodatkowego elementu lub opcjonalnej stacji dokującej, dzięki której możliwy jest tryb przejęcia infuzji?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulowanych progów ciśnienia w zakresie od 75 do 900 mmHg.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolorowego wyświetlacza LCD o przekątnej 3,2".
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 31. Prosimy Zamawiającego o możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw za pomocą specjalnego uchwytu.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
9. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 33. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podświetlanego wyświetlacza bez podświetlanej klawiatury.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar