

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku  
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.II.260.046.Zp.2022

Nisko dnia: 19/12/2022 r.

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem na:  
Zakup inwestycyjny sprzętu medycznego  
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie OPZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16/12/2022 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w trybie **zapytanie ofertowe**, na: **Zakup inwestycyjny sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1 do Zadania nr 2**

**Podnośnik jezdny bariatryczny do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej**

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt wg poniższej specyfikacji:

Wysokiej jakości jezdny podnośnik bariatryczny o udźwigu do 250 kg,

- podnośnik z lekko wygiętym ramieniem co zwiększa wysokość podnoszenia,
- elektryczna podstawa w kształcie litery V co poprawia stabilność podnośnika,
- wieszak 3 lub 4 punktowy elektrycznie sterowany za pomocą pilota,
- możliwość przemieszczania i podnoszenia z pozycji siedzącej do leżącej i na odwrót,
- możliwość łatwej zmiany pozycji pacjenta z pionowej do poziomej i na odwrót poprzez odpowiednie przyciski na pulpicie,
- lekko toczące się koła z 2 hamulcami

Niezależne 2 systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku

Zintegrowany panel sterowania z baterią,

Zintegrowana ładowarka w panelu sterowania,

System automatycznego wyłączania w przypadku przekroczenia dopuszczalnego udźwigu,

Czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych pilota

Magnetyczne umieszczanie pilota w dowolnym punkcie podnośnika oraz spiralny rozciągliwy przewód pilota dla lepszego komfortu pracy

Awaryjny wyłącznik na panelu sterowania

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Maksymalny udźwig 250kg

Wysokość podstawy jezdnej 130 mm


Średnica kół tył/przód: 100/80mm

Długość podstawy jezdnej 1180mm

Min. szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej 555mm  
Maks. Szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej 1150 mm  
Min. zewnętrzna szerokość podstawy jezdnej 650 mm  
Maks. zewnętrzna szerokość podstawy jezdnej 1230 mm  
Promień skrętu 1310 mm  
Wysokość podnoszenia od 190 mm do 1810 mm,  
Waga całkowita 52 kg  
Waga najlżejszej części 24 kg  
Waga najcięższej części 28 kg

Akcesoria :waga, szeroka gama dedykowanych podwieszek?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako równoważnego, w/w podnośnika jezdno bariatrycznego do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej.**

  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nisku  
Paweł Tofil