

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Dokumentacja Podstawowych Czynności
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nie przekraczającej równowartości 130 000 zł

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – zwana dalej ustawą Pzp ustawy nie stosuje się

1. **Przedmiot zamówienia:** Dostawa pasków testowych do glukometrów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

2. **Wartość szacunkowa:**

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu **11/07/2025 r.** na podstawie kursu euro – **4,6371 zł**

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: **Justyna Rzekieć**

Wartość szacunkowa zamówienia: w PLN **43 364,00 zł** w Euro **9 351,54 €**

CPV: 33124131-2

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia **21/07/2025 r.** przedstawiono poniższe oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty (brutto)	Uwagi
1.	Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 28 02-672 Warszawa	46 833,12 zł	
2.	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	42 769,51 zł	Oferta odrzucona

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr Zadania	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Cena (koszt)	Razem:
1.	Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 28 02-672 Warszawa	100,00	100,00
1.	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	00,00	00,00

5. Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

firma (nazwa): Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o.

adres: ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa

6. Uzasadnienie wyboru: **Oferty najkorzystniejsze zostały wybrane na podstawie kryteriów**

Cena (koszt):100%

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza odpowiada treści przedmiotowej zaproszenia do złożenia oferty cenowej, spełnia wszystkie graniczne wymogi podmiotowe i przedmiotowe określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

7. **Inne informacje:** Oferta firmy Bialmed sp. z o.o. podlega odrzuceniu gdyż nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie:
- Paski do glukometrów zaoferowane przez Wykonawcę posiadają pole absorbcji na kontrastowo oznaczonym wycinku szerokości paska testowego, Zamawiający wymagał kapilary na całej szerokości paska,
 - Wykonawca zaoferował płyny kontrolne o objętości 3 x 2 ml/opakowanie (płyny kontrolne o 3 stężeniach odpowiadających hipo-, normo- i hiperglikemii, Zamawiający wymagał płynów kontrolnych z kontrolą na dwóch zakresach - wysoki i niski (à 2,5 ml x2)

Justyna Rzekieć

.....
imię i nazwisko

Justyna Rzekieć
.....
podpis

Nisko dnia: 25/07/2025 r.

Zatwierdzam wybór

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Data 25/07/2025 r.

.....
podpis (pieczęć)