

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.II.260.052.Zp.2025

Nisko dnia: 25/11/2025 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem na Zakup
i dostawę aparatu do fali uderzeniowej oraz szyny do
ćwiczeń biernych dla Pracowni Fizjoterapii w ramach
realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na
wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku”

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie OPZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24/11/2025 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w trybie **zapytanie ofertowe**, na: **Zakup i dostawa aparatu do fali uderzeniowej oraz szyny do ćwiczeń biernych dla Pracowni Fizjoterapii w ramach realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku”** Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy pozycji "Aparat do fali uderzeniowej"

Pytanie nr 1

1. Dot. pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną, uniwersalną i ergonomiczną głowicą?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga urządzenia z dwoma głowicami.

Pytanie nr 2

2. Dot. pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie które waży 7kg? Wyższa waga jest wynikiem zastosowania materiałów wyższej gęstości i wytrzymałości, co świadczy o jakości urządzenia.

Oświadczamy, że znacząco przekraczamy i spełniamy resztę wymaganych parametrów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Dotyczy pozycji "Szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych"

Pytanie nr 3

1 Dot. pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez karty pacjenta, ale za to ze znacznie przekraczającymi wymagane parametry zakresami ruchu? Oświadczamy, że spełniamy resztę wymaganych parametrów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Proszę o uwzględnienie odpowiedzi w składanych ofertach cenowych.


Tomasz Malinowski
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
SPZZOZ w Nisku