

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.II.260.028.Zp.2025

Nisko dnia: 18/07/2025 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem na dostawę
pasków testowych do glukometrów do Szpitala
Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie OPZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17/07/2025 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w trybie **zapytanie ofertowe**, na: **Dostawa pasków testowych do glukometrów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1

Dotyczy: Wymogu przedstawienia certyfikatu ISO 15197:2015 (pkt 2 OPZ).

Treść pytania: W Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt 2) Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu ISO 15197:2015. Pragniemy wyjaśnić, że zgodność oferowanych przez nas pasków z normą EN ISO 15197:2015 jest jednoznacznie potwierdzona przez producenta w oficjalnej dokumentacji produktu (w Instrukcji Używania). Czy Zamawiający, w celu potwierdzenia tego parametru, uzna za wystarczające przedstawienie dokumentacji produktu (Instrukcji Używania), w której znajduje się deklaracja zgodności z normą EN ISO 15197:2015, zamiast odrębnego dokumentu certyfikatu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i wymaga przedstawienia certyfikatu ISO 15197:2015

Pytanie 2

Dotyczy: Wymaganego czasu pomiaru (pkt 9 OPZ).

Treść pytania: W Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt 9) Zamawiający wymaga, aby czas pomiaru wynosił do 4 sekund. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu, w którym czas pomiaru stężenia glukozy wynosi 5 sekund, co jest wartością standardową dla nowoczesnych i dokładnych systemów do diagnostyki przyłóżkowej?


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy: Wymogu dotyczącego kapilary paska testowego (pkt 12 OPZ).

Treść pytania: W Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt 12) Zamawiający wymaga kapilary "na całej szerokości paska". Pragniemy wyjaśnić, że oferowane przez nas paski wykorzystują nowoczesną technologię wąskiej kapilary umieszczonej na końcu paska. Rozwiązanie to również umożliwia łatwą i szybką aplikację niewielkiej próbki krwi (zgodnie z wymogiem $\leq 0,6 \mu\text{l}$), w pełni realizując cel, jakiemu służy ten wymóg. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z kapilarą na końcu paska, jako rozwiązanie równoważne z opisanym w OPZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku