

Pismo: Z.II.260.019.Zp.2021

Nisko dnia: 14/05/2021 r.

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem
na dostawę materiałów eksploatacyjnych
do sterylizacji sprzętu medycznego
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie OPZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14/05/2021 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w trybie zapytanie ofertowe, na: **Dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zgodnie z zapisem w pkt. 8 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, ofertę można przesłać w wersji elektronicznej w postaci skanu lub pliku .pdf na adres e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga podpisywania składanych dokumentów bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 15-16. Czy Zamawiający dopuści rękawy włókninowo-foliowe – zgodność z aktualnymi normami potwierdzona kartą danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów, dla których zgodność z aktualnymi normami potwierdzona jest potwierdzona kartą danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu.
3. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1-16. Czy Zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią.
4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-16. Czy Zamawiający wymaga, by normy 868-5 oraz 11607-1, 2 nadrukowane były na rękawie na poświadczenie i spełnienia?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby normy 868-5 oraz 11607-1, 2 nadrukowane były na rękawie.
5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-16. Czy Zamawiający wymaga, by symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii.
6. Dotyczy zapisów umowy. Czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
7. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Roman Ryznar

