

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem na:
Dostawę łóżek terapeutycznych wyposażonych
w materac przeciwoleżynowy i ramę wyciągową do
Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
w ramach realizacji zadania pn.:
„Wsparcie SPZZOZ w Nisku poprzez wyposażenie
nowego oddziału rehabilitacji”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA W SPRAWIE
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07/03/2023 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w trybie zapytanie ofertowe, na: **Dostawa łóżek terapeutycznych wyposażonych w materac przeciwoleżynowy i ramę wyciągową do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w ramach realizacji zadania pn.: „Wsparcie SPZZOZ w Nisku poprzez wyposażenie nowego oddziału rehabilitacji”**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od daty udzielenia zamówienia? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis zaproszenia do złożenia oferty cenowej nie wyraża zgody na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od daty udzielenia zamówienia i informuje, że nie ma możliwości jego przedłużenia.

Pytanie 2. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 110-240V, 50/60Hz?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 110-240V, 50/60Hz.

Pytanie 3. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego stopień ochrony przed wpływem środowiska IP66? Jest to parametr lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego stopień ochrony przed wpływem środowiska IP66.

Pytanie 4. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego całkowitą długość 2 220 mm (+/- 10 mm)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego całkowitą długość 2 220 mm (+/- 10 mm).

Pytanie 5. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wydłużenie leża 300 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wydłużenie leża 300 mm.

Pytanie 6. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego minimalną wysokość leża od podłogi 410 mm (+/- 10 mm), wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego minimalną wysokość leża od podłogi 410 mm (+/- 10 mm).

Pytanie 7. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do 66° (+/- 5°)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do 66° (+/- 5°).

Pytanie 8. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 66° (+/- 5°) oraz segmentu uda do 46° (+/- 2°)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 66° (+/- 5°) oraz segmentu uda do 46° (+/- 2°).

Pytanie 9. Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° – 46° (+/- 2°)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° – 46° (+/- 2°).

Pytanie 10. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka wyposażonego w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu) oraz pilot z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka wyposażonego w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu) oraz pilot z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej.

Pytanie 11. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego (zamiast pozycji Fowlera) pozycję wyjściową (segment oparcia pleców unosi się, a łóżko wykonuje przechył Trendelenburga, aż do ułożenia pacjenta w pozycji siedzącej ułatwiającej wyjście z łóżka) uzyskiwaną automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaferowanie łóżka posiadającego (zamiast pozycji Fowlera) pozycję wyjściową.

Pytanie 12. Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego panel centralny wyposażony w diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie) oraz diodę LED informującą o najniższym położeniu łóżka?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego panel centralny wyposażony w diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie) oraz diodę LED informującą o najniższym położeniu łóżka.

Pytanie 13. Czy (w pkt. 34 i 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratunkowych tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR oraz pomocniczych tj. pozycja wyjściowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratunkowych tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR oraz pomocniczych tj. pozycja wyjściowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna).

Pytanie 14. Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej? Jest to rozwiązanie wygodniejsze niż wskazane przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej.

Pytanie 15. Czy (w pkt. 43) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi przeziernymi dla promieniowania RTG?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi przeziernymi dla promieniowania RTG

Pytanie 16. Czy (w pkt. 50) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego (zamiast poziomic) wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych znajdujące się na barierkach bocznych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego (zamiast poziomic) wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdlużnych znajdujące się na barierkach bocznych.

Pytanie 17. Czy (w pkt. 50) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne.

Pytanie 18. Czy (w pkt. 52) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dopuszczalne obciążenie robocze 220 kg?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego dopuszczalne obciążenie robocze 220 kg.

Pytanie 19. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca trzywarstwowego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca trzywarstwowego.

Pytanie 20. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego z czterech rodzajów pianek tj. poliuretanowych i visco o różnej gęstości, twardości i profilowaniu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca wykonanego z czterech rodzajów pianek tj. poliuretanowych i visco o różnej gęstości, twardości i profilowaniu.

Pytanie 21. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca posiadającego symetryczny rdzeń umożliwiający dowolną rotację obszaru głowy i stóp, w górnej części wyprofilowany (5 sekcji o różnej strukturze) w celu dostosowania odpowiednio do anatomicznej budowy ciała pacjenta, poprawienia krążenia krwi, zmniejszenia ucisku na tkanki oraz zapewnienia optymalnego napowietrzenia i cyrkulacji powietrza; dolna warstwa materaca, posiadająca poprzeczne nacięcia gwarantujące przyleganie do ramy leża bez względu na pozycję, w której pacjent się znajduje?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgodę na zaoferowanie materaca posiadającego symetryczny rdzeń umożliwiający dowolną rotację obszaru głowy i stóp, w górnej części wyprofilowany (5 sekcji o różnej strukturze) w celu dostosowania odpowiednio do anatomicznej budowy ciała pacjenta, poprawienia krążenia krwi, zmniejszenia ucisku na tkanki oraz zapewnienia optymalnego napowietrzenia i cyrkulacji powietrza; dolna warstwa materaca, posiadająca poprzeczne nacięcia gwarantujące przyleganie do ramy leża bez względu na pozycję, w której pacjent się znajduje.

Pytanie 22. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca nie wyposażonego w kanały napowietrzające zapewniające optymalny mikroklimat?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca nie wyposażonego w kanały napowietrzające zapewniające optymalny mikroklimat.

Pytanie 23. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca bez możliwości dezynfekcji w całości w myjniach – dezynfektorach?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca bez możliwości dezynfekcji w całości w myjniach – dezynfektorach.

Pytanie 24. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca materaca wykonanego z poliestru z ognioodporną powłoką poliuretanową, możliwość zdjęcia oraz wyprania w temperaturze do 95°+ dezynfekcja za pomocą przecierania?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie pokrowca materaca wykonanego z poliestru z ognioodporną powłoką poliuretanową, możliwość zdjęcia oraz wyprania w temperaturze do 95°+ dezynfekcja za pomocą przecierania.

Pytanie 25. Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca materaca antyalergicznego (bez właściwości nie przepuszczających wirusy i bakterie)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie pokrowca materaca antyalergicznego (bez właściwości nie przepuszczających wirusy i bakterie).

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Paweł Tofil