

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko**

Pismo: Z.II.260.034.Zp.2026

Nisko dnia: 03/07/2026 r.

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem pn.:
Dostawa jednorazowych rękawic medycznych do
Szpitala Powiatowego im. PCK W Nisku**

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie OPZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03/07/2026 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów zaproszenia do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę jednorazowych rękawic medycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku”**.

Poniżej Zamawiający przedstawia treść otrzymanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga podania ceny za jednostkę miary jaką jest sztuka. Podanie cen jednostkowych za 1 sztukę z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zawyży wartość oferty ze szkodą dla Zamawiającego oraz może to doprowadzić do sytuacji, w której kilku Oferentów zaoferuje taką samą cenę. Dlatego też: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto za pojedynczą sztukę do 3 lub 4 miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto za pojedynczą sztukę do 4 miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści niebieskie rękawice o grubości na palcu $0,36\text{mm} \pm 0,04$, na dłoni $0,31\text{mm} \pm 0,03$, na mankiecie $0,23\text{mm} \pm 0,03$, o sile zrywu przed starzeniem min. 20N i po starzeniu min. 18N, przebadane na min. 14 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, z grubością na palcu $0,16\text{mm} \pm 0,01$, na dłoni $0,12\text{mm} \pm 0,01$?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1, pozycja 6-8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,10\text{mm} \pm 0,01$, pakowane a'250szt?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści pojedynczy uchwyt wykonany z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, transparentny?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1, pozycja 10-14 Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością pojedynczej ścianki na palcu $0,10\text{mm} \pm 0,01\text{mm}$, na dłoni $0,07\text{mm} \pm 0,01\text{mm}$, odporne na 10% etanol na poziomie 6, 70% izopropanol na poziomie 2 i 90% izopropanol na poziomie 1?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1, pozycja 15-18 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,11\text{mm} \pm 0,02$, na dłoni $0,10\text{mm} \pm 0,02$, na mankiecie $0,07\text{mm} \pm 0,02$?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1, pozycja 19-21 Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze malinowym/różowym, mikroteksturowane na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość

pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,02mm, na dłoni 0,08+/- 0,02mm, na mankiecie 0,07mm+/- 0,01, nie posiadające badań na fentanyl?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści zarękawki foliowe o szerokości 22cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści zarękawki foliowe o grubości 0,016mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 1, pozycja 22 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby zarękawki były zarejestrowane jako „środek ochrony indywidualnej (PPE): Kategoria I”?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę. Alternatywnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto za pojedynczą sztukę do 4 miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet 1 poz. 6-8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na 18 substancji chemicznych w tym 9 (zamiast 10) substancji chemicznych na 6 poziomie odporności. Wszystkie pozostałe zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet 1 poz. 10-14 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na dłoni 0,06 mm. Wszystkie pozostałe zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Proszę o uwzględnienie odpowiedzi w składanych ofertach cenowych.

**Zastępca Dyrektora ds.
Ekonomiczno -
Administracyjnych
Tomasz Maluga
*/podpisano elektronicznie/***